

お取引先各位



株式会社ディヴインターナショナル  
〒110-0016 東京都台東区台東 4-9-2  
TEL:03-5834-3288

## DIB カテーテル、DIB-PCA システム、 DIB-PCA システムⅡ、DIB インフューザー (C)

### 仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の麻酔製品、化学療法製品につきまして下記の通り仕様変更を行いますので、ご案内申し上げます。

謹白

#### 記

#### 1) 仕様変更の内容

変更前: 患者用ラベル 10 枚綴りを製品箱内に同封

変更後: 患者用ラベル 1 枚を製品包装袋内に同封



※写真はわかりやすくするため製品袋の外に出していますが、実際は袋内に入っています。

#### 2) 対象製品タイプ

DIB カテーテル、DIB-PCA システム、DIB-PCA システムⅡ、DIB インフューザー (C)

#### 3) 仕様変更ロット

DIB-PCA システムⅡ・・・4JA1 以降

DIB カテーテル、DIB-PCA システム・・・4J01 以降、DIB インフューザー (C)・・・4K01 以降

以上