

お得意先各位



株式会社ディヴインターナショナル
〒110-0016 東京都台東区台東 4-9-2
TEL:03-5834-3288

DIB カテーテル、DIB-PCA システム、DIB-PCA システム II

一部仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社一部の麻酔製品につきまして下記の通り仕様変更を行いますので、ご案内申し上げます。

謹白



記

1) 仕様変更の内容

- ・患者側コネクターキャップをフィルターキャップへと変更。
- ※フィルターキャップとは先端に疎水性フィルターを内蔵したキャップです。

2) 対象製品タイプ

DIB カテーテル、DIB-PCA システム、DIB-PCA システム II (別紙①参照)

現行品	仕様変更後
	
変更前キャップの色は製品タイプによって異なります	青のフィルターキャップへと変わります

※その他の仕様変更はございません。

3) 仕様変更ロット

- SD-5X11F (4JA5 以降)、SD-1X11F (4JA6 以降)
上記 2 タイプ以外 (4J01 以降)

以上

DIB カテーテル

<input checked="" type="checkbox"/>	製品番号	製品タイプ	仕様変更ロット
<input type="checkbox"/>	143240	40mL-24hr	4J01 以降
<input type="checkbox"/>	143480	40mL-48hr	〃
<input type="checkbox"/>	143720	40mL-72hr	〃
<input type="checkbox"/>	153241	50mL-24hrE	〃
<input type="checkbox"/>	030005	VH30mL-0.5mL/hr	〃

DIB-PCA システム

<input checked="" type="checkbox"/>	製品番号	製品タイプ	仕様変更ロット
<input type="checkbox"/>	004001	D-1P	4J01 以降
<input type="checkbox"/>	004011	D-11P	〃
<input type="checkbox"/>	014104	D-104P	〃
<input type="checkbox"/>	014111	D-111P	〃
<input type="checkbox"/>	016162	D-162W	〃
<input type="checkbox"/>	004341	OD-341P	〃
<input type="checkbox"/>	003001	D-1	〃
<input type="checkbox"/>	003003	D-3	〃
<input type="checkbox"/>	003004	D-4	〃
<input type="checkbox"/>	003006	D-6	〃
<input type="checkbox"/>	003203	D-3FN	〃
<input type="checkbox"/>	B03001	D-1SR	〃
<input type="checkbox"/>	B04011	SD-11SR	〃
<input type="checkbox"/>	B14111	SD-111SR	〃
<input type="checkbox"/>	F04001	D-1P-H	〃
<input type="checkbox"/>	F04011	D-11P-H	〃

DIB-PCA システム II

<input checked="" type="checkbox"/>	製品番号	製品タイプ	仕様変更ロット
<input type="checkbox"/>	B15X11	SD-5X11F	4JA5 以降
<input type="checkbox"/>	B11X11	SD-1X11F	4JA6 以降