

お取引先各位



株式会社ディヴインターナショナル
〒110-0016 東京都台東区台東 4-9-2
TEL:03-5834-3288

DIB-PCA システム II 仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の麻酔製品につきまして下記の通り仕様変更を行いますので、ご案内申し上げます。

謹白

記

1) 仕様変更の内容

① 患者用ラベルの同封方法の変更

変更前	変更後
 患者用ラベル 10 枚綴りを製品箱内に同封	 患者用ラベル 1 枚を製品包装袋内に同封

※写真はわかりやすくするため製品袋の外に出していますが、実際は袋内に入っています。

② 流量可変キーの同封方法の変更

変更前	変更後
 チャック袋内に同封	 ルートのチューブに取り付け (ポンプ側の分岐部と可変装置の間)

2) 対象製品タイプ

DIB-PCA システム II スマートフロー

3) 仕様変更ロット

DIB-PCA システム II …4JA1 以降

以上